



檢驗科公告 2016/11/29

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：修訂 *Helicobacter pylori* IgG 檢驗參考值

執行日期：2016/12/05

公告對象：四院區各科醫師、護理部、檢驗科

執行方式：因檢驗試劑及方法變更，參考值修訂如下：

檢驗項目(代碼)	原參考值	修訂後參考值
<i>Helicobacter pylori</i> IgG (66345)	Negative : <0.75 Equivocal : 0.75~<1.0 Positive : ≥ 1.00	Negative : <0.80 Equivocal : 0.80~<0.90 Positive : ≥ 0.90

1. 檢驗方法：化學冷光免疫法 Chemiluminescent immunoassay (CLIA)

2. 檢體及容器：採集全血 3mL 置於 SST II 試管

3. 運送條件：以室溫方式運送，檢體送至檢驗科後，保存於 2-8°C

4. 收件時間：24 小時

5. 操作時間：每週二、四、六，若遇例假日則操作日順延

6. 報告時間：操作日當天

7. 收費標準：

7.1 健保點數：200 點

7.2 自費價：240 元

公告製訂：檢驗科生化免疫組組長 張心馨〈台北院區分機：3021〉