



醫事檢驗科公告

2024/05/01

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：醫事檢驗科檢驗項目 PT、APTT 報告格式異動

執行日期：2024/05/01

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

說明：

1. 常規血凝報告中 PT control 及 APTT control 變更為 MNPT (Mean Normal PT)及 MNAPTT (Mean Normal APTT)。
2. 當實驗室 PT/APTT 更換試劑批號時，會收集 20 位正常人血漿，測試 PT/APTT，求得 MNPT 及 MNAPTT，做為計算 INR 及 APTT ratio 依據。
3. 更換試劑批號頻率約 1 次/1 年，MNPT 及 MNAPTT 會有些微變動，但生物參考區間不變。

執行方式：

檢驗代碼	原報告格式	修訂後報告格式
66216	PT	PT
	PT control	MNPT
	INR	INR
66217	APTT	APTT
	APTT control	MNAPTT

注意事項：檢驗項目之送檢流程、報告時間，均依照現行作業方式處理。

公告製訂：醫事檢驗科血液組組長 曾怡菁〈台北院區分機：3017、3023〉
 醫事檢驗科生化血液組組長 蔡明芬〈淡水院區分機：2468〉

