

全民健康保險對象

使用健保部分給付之新增功能人工心律調節器說明書

姓 名：	☐ 男
病歷號碼：	☐ 女
床 號：	年齡

_____係全民健康保險保險對象，因醫療需要且符合健保局已納入給付同類之適應症及使用規範，經_____醫師於____年____月____日____時____分詳細說明且交付相關說明文件並充分瞭解後，自願使用較昂貴且未納入全民健康保險給付之特殊材料。為減少保險對象之負擔，由健保局按已納入給付之金額每支 93,833 元支付，其餘差額同意(依廠牌不同)由立同意書人負擔。

註：各廠牌之節律器各有其特性，並無一定之優劣，醫師會根據病患病灶之特性及其習慣來選用適合裝置

此致 馬偕紀念醫院

立說明書人：_____（簽名蓋章）與病人關係：_____

立說明書人身分證字號：_____電話：_____

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 時 _____ 分

實際使用特殊材料如下（以下由醫療院所填寫）**健保部分給付特材名稱**

勾選	馬偕 H 批價碼	特材品名/健保代碼/廠牌/許可証字號	產品規格及型號	醫院單價	數量	健保支付單價	保險對象負擔費用
	533002	FHP02ATDDRM4 (美敦力 Medtronic) 艾視達磁振造影植入式心臟節律器-雙腔 衛署醫器輸字第 032275 號	Attesta DR MRI	128833	壹	93833	35000
	533001	FHP02W2DR1M4 (美敦力 Medtronic) 亞士爾磁振造影植入式心臟節律器-雙腔 衛部醫器輸字第 030747 號	Azure DR MRI	158833	壹	93833	65000
	53364	FHP02MR72MST (聖猶達 "SJ M") 安速拉第核磁共振心臟節律器-雙腔 衛部醫器輸字第 026582 號	Assurity DR MRI	158833	壹	93833	65000
	533641	FHP02MR62MST (聖猶達 "SJ M") 恩德拉第核磁共振心臟節律器-雙腔 衛部醫器輸字第 026580 號	Endurity DR MRI	131833	壹	93833	38000
	552492	FHP0229100SB (波士頓 "Boston") 艾科雷核磁共振心臟節律器-雙腔 衛部醫器輸字第 029100 號	Accolade DR MRI	143833	壹	93833	50000
	552463	FHP02ETCDRBK (百多力 Biotronik) 艾緹可磁振造影心臟節律器-雙腔 衛部醫器輸字第 030000 號	Enticos4 DR MRI	123833	壹	93833	30000
	552464	FHP02EN6DTBK (百多力 Biotronik) 艾尼傳六磁振造影心律調節器-雙腔 衛署醫器輸字第 030908 號	Enitra 6 DRT MRI	133833	壹	93833	40000
	53374	FHP02ENTDRBK (百多力 Biotronik) 艾尼傳核磁共振心律調節器-雙腔 衛部醫器輸字第 029999 號	Enitra 8 DR-T MRI	157833	壹	93833	64000

註：依據全民健康保險法第 39 條第 12 款：「其他經主管機關公告不給付之診療服務及藥品之費用，不在本保險給付範圍」之規定辦理。本同意書依據行政院衛生署 95 年 11 月 2 日衛署健保藥字第 0950029437-B 號函辦理" 2024.03.21 修訂

裝置人工心律調節器之相關注意事項：

	健保節律器	特殊功能性節律器	磁共振相容性節律器
特 性	一、今日最簡單的心臟節律器為單腔心臟節律器。此類心臟節律器只以一條電極導線連接心臟腔室，而這個心臟腔室一般是右心室；少部分為右心房。 二、雙腔心臟節律器有兩個電極導線；通常一個位於右心房，一個位於右心室。兩者皆可感應並從中發出脈衝。 三、此類心臟節律器可以偵測患者活動狀況。舉例來說，可調整速度的心臟節律器可在患者慢跑時加速。當患者停下休息時，心臟節律器亦隨之降低心跳速度。	針對不同心律不整，各廠牌研發出各式程式，期望得到更精緻的治療效果，例如：減少不必要的心室電刺激以減少心房顫動，偵測體內阻抗改變，可提前得知體內水分多寡，以期提前治療，減少心衰竭惡化，或自動遠距上傳…等。醫師會為不同的患者選擇不同的特殊功能。	一、最新一代節律器乃運用新材質及特殊隔熱設計製作或與磁共振測試通過的電極導線組成。臨床上有磁共振檢查需要時，唯有裝置此類型節律器患者得以進入檢查室 二、依廠牌不同，可承受磁共振劑量及可供掃描範圍有稍許不同。醫師及各家節律器技術人員會依臨床需求提供您必要協助。
副作用	一、只有極少數病人會因為植入心臟節律器與電極導線而導致併發症。其中包括感染、術中對藥物過敏、失血、或損傷血管、心臟壁及其他臟器。	一、與前項相同。	一、與前項相同。
禁忌症	一、裝置部位不適合節律器或裝置節律器之風險太高者。 二、病患有其他疾病，如急性出血或目前處於全身性感染，如敗血症（相對禁忌症）。 三、其他情況主治醫師認為不適合執行手術者。	一、與前項相同。	一、與前項相同。
注意事項	一、有時心臟節律器可能會因為受外在電磁能量的影響而無法正常運作。 二、此外，心臟內的電極導線有可能因為移動脫位，造成發出的脈衝無法產生作用。 三、請遵照醫師建議的時間表，定期回診並檢查您的心臟節律器。	一、與前項相同。 二、所有特殊功能選用時機及效果因人而異，醫師會為依據患者當時情況，做最適當的調整。	一、與前項相同。 二、接受磁共振檢查期間，需要電腦程控儀將節律器暫時轉換到磁共振模式。故檢查前，請先請教您的檢查醫師或心臟科醫師。